

Зміни №2
до тендерної документації №ІСВ 3.1.11.
«Медичне обладнання та виробу медичного призначення для оснащення ЗОККД»

Шановні пані та панове!

Відповідно до пункту 8 Розділу I «Інструкції учасникам» інформуємо, що до тендерної документації №ІСВ 3.1.11. «Медичне обладнання та виробу медичного призначення для оснащення ЗОККД» внесено наступні зміни:

1. Підпункт 10, який стосується технічних параметрів операційного стола для кардіохірургічних операцій (лот №7 «Операційний стіл для кардіохірургічних операцій – 1 одиниця») (пункт 8 «Детальні вимоги та супутні послуги» Технічних специфікацій (пункт 4 Розділу VII «Перелік вимог») викласти в новій редакції:

- «Максимальна базова висота стола – не менше 1150 мм.».

Просимо підтвердити отримання цього документа «Зміни №2» факсом або електронною поштою на адресу **uoz@uoz-zak.gov.ua** або [**zakarpawb@uoz-zak.gov.ua**](mailto:zakarpawb@uoz-zak.gov.ua).